



Jan K. Hahn

architekt

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA

15-245 Białystok ul. K. Ciołkowskiego 2/3
tel/fax +48 85 661 08 48 tel. kom. +48 506 122 224

Projekt wykonawczy

Technologia medyczna

Temat:	Przebudowa wraz doposażeniem Oddziału Położniczo –Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie
Nazwa, adres, kat. obiektu:	Budynek Szpitala ul. Konstytucji 3 Maja 34 , 19-200 Grajewo Kat. Obiektu: XI
Jednostka ewid., obręb, nr działek	ul. Konstytucji 3 Maja Grajewo dz. nr ewid. geod. 1884/41
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres;	Szpital Ogólny w Grajewie im. dr Witolda Ginela w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja 34 , 19-200 Grajewo

Projektant	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
mgr inż. Arch. Jan K. Hahn	Bł 11/87	Technologia	

CAD – ArchiCAD 9.0 licencja nr INT 8-5637081
CoreiDRAW – licencja nr D8PXR-5X70435845
ISICAD Premium 4,5 licencja ID#141761

TM

Białystok 20.11.2018 r.

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny..... 1 ÷ 10
2. Rzut I piętra położnictwo aseptyczne, patologia,
ginekologia aseptyczna położnictwo septyczne,
ginekologia aseptyczna skala 1 : 50

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego technologii medycznej modernizacji Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie.

1. Zakres opracowania.

- obejmuje projekt budowlano - wykonawczy technologii medycznej modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie.

2. Podstawa prawna opracowania.

- umowa zawarta między Kierownictwem Szpitala a zespołem projektowym

3. Materiały wyjściowe opracowania.

- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Zespołu Porodowego Aseptycznego w Szpitalu
- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem
- normy i normatywy projektowania
- uzgodnienia branżowe
- podkłady architektoniczne w skali 1:50.

4. Opis ogólny.

Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją programowo-przestrzenną modernizowany Oddział Położniczo – Ginekologicznego i Zespołu Porodowego Aseptycznego jest zlokalizowany na I piętrze w budynku głównym szpitala. Opracowanie obejmuje

- odcinek położnictwa aseptycznego
- odcinek patologii ciąży
- odcinek ginekologii aseptycznej
- odcinek septyczny położniczo – ginekologiczny
- część wspólna oddziału

4.1. Odcinek położnictwa i ginekologii aseptycznego 7 łóżkowy.

Odcinek położnictwa aseptycznego jest izolowaną od ruchu wewnątrz oddziałowego, częścią oddziału położniczo – ginekologicznego w pełni kontrolowaną i ograniczoną dla osób odwiedzających. Przebywają w nim położnice, których połóg przebiega prawidłowo. Wejście na odcinek prowadzi przez śluzy umywalkowo – fartuchowe zapewniającą możliwość umycia i zdezynfekowania rąk, założenia fartucha ochronnego i ochraniaczy na obuwiu. Odcinek położnictwa aseptycznego ma bezpośrednie połączenie z zespołem porodowym aseptycznym. Ruch pacjentek odbywa się jednokierunkowo, od zespołu porodowego aseptycznego do odcinka położnictwa aseptycznego i poprzez pokój wypisowy na teren komunikacji ogólnej szpitala. odcinku powinno przebywać wyłącznie przypadki nie infekcyjne.

Do odcinka należą śluzy umywalkowo – fartuchowe, 6 łóżek w systemie korespondencyjnym przedzielonym 7 -łóżeczkowym pokojem noworodków, 1 sala 2 –łóżkowa i 3 sale w systemie rooming in z łazienką wyposażone w zestaw urządzeń umożliwiający mycie i pielęgnację niemowląt, pkt. pielęgniarski z pokojem zabiegów pielęgniarskich, łazienka pacjentek, natryski, brudownik, pomieszczenie porządkowe, łazienka personelu.

4.2. Odcinek patologii ciąży 5 - łózek.

Stanowi integralną część oddziału położniczo – ginekologicznego. Lokalizacja jego zapewnia szybką i łatwą komunikację z zespołem porodowym aseptycznym oraz umożliwia rodzinom (osobom towarzyszącym) częste odwiedzanie pacjentek, które często przebywają dłuższy okres czasu w szpitalu. Pacjentki transportowane będą zespołu porodowego aseptycznego przez odcinek położnictwa aseptycznego (Przepisy dopuszczają)

Lokalizacja odcinka patologii ciąży przy odcinku ginekologii aseptycznej powoduje wykorzystanie wspólnych pokoi.

Do odcinka należą jedna sala 5 – łóżkowych z łazienką, jedna sala 2 – łóżkowa z łazienką (separatka), pokój badań , pokój zabiegów ginekologicznych, pokój badań USG, pkt pielęgniarski z pokojem zabiegów pielęgniarskich, pokój lekarzy, pokój pobytu dziennego, łazienka pacjentek, brudownik, pomieszczenie porządkowe, łazienka personelu, w.c. osób odwiedzających.

4.3. Odcinek ginekologii aseptycznej 8 - łóżek

Odcinek posiada dogodne połączenie z częścią zabiegowo – diagnostyczną a przede wszystkim zespołem operacyjnym szpitala i jest otwarty dla odwiedzających.

Składa się z dwie sale 5 – łóżkowe z łazienkami, jedna sala 2 – łóżkowa z łazienką (separatka) pokój badań , pokój zabiegów ginekologicznych, pokój badań USG, pkt pielęgniarski z pokojem zabiegów pielęgniarskich, pokój lekarzy, aneks pokój pobytu dziennego, łazienka pacjentek, brudownik, pomieszczenie porządkowe, łazienka personelu

4.4. Odcinek położnictwa septycznego i ginekologii 1 łóżkowy.

Został zaprojektowany jako izolowana część od ruchu wewnątrz oddziałowego, częścią oddziału położniczo – ginekologicznego nie dostępną dla odwiedzających. Dwa pokoje 1 – łóżkowe z natryskiem i w.c. mogą być elastycznie wykorzystywane, w razie potrzeby dla przypadków położniczych lub ginekologicznych. Wejście na odcinek prowadzi przez służbę. Jeden pokój łóżkowy wyposażono w łóżko umożliwiające odebranie porodu. Ze względu na niewielką ilość przypadków (~8 /rok) odcinek składa się z służby, 2 pokoi 1 – łóżkowych, natrysku , w.c.

4.5. Część wspólna oddziału położniczo – ginekologicznego.

Do części wspólnej oddziału należą pokoje: ordynatora noworodków, położnic, lekarzy ginekologów, położników, pielęgniarki oddziałowej i sekretarki medycznej, lekarza dyżurnego, wypisowy, kuchenka oddziałowa, łazienki personelu, w.c. osób odwiedzających,

4.7.1. Droga personelu.

Personel medyczny przychodzi w zależności od potrzeb z pokoju lekarzy położników, ginekologów, anestezjologów, przez służbę umywalkowo - fartuchową, a ten który uczestniczy w zabiegu operacyjnych przez pomieszczenie przygotowania personelu. Wraca tą samą drogą lecz w przeciwnym kierunku.

4.7.2. Droga pacjentek .

Pacjentki trafiają do zespołu porodowego aseptycznego poprzez pokój przyjęć z łazienką, odcinka patologii ciąży lub przywiezione karetką zakwalifikowane do porodu aseptycznego. Pierwsze przywiezione przez odcinek położnictwa aseptycznego, służbę umywalkowo - fartuchową, korytarz aseptyczny do jednej z sal porodowych. Po porodzie matka i noworodek wracają tą samą drogą lecz w przeciwnym kierunku i trafiają na odcinek położnictwa aseptycznego.

Położnice wymagające zabiegu operacyjnego lub te, które w czasie porodu muszą być operowane są transportowane na salę operacyjną. Tam dokonywany jest zabieg, resuscytacja noworodka. Po zabiegu mogą trafić do sali 1 – łóżkowej lub bezpośrednio na odcinek położnictwa aseptycznego.

4.7.3. Droga osób towarzyszących porodowi.

Osoby towarzyszące porodowi przychodzą do wyznaczonej poczekalni oczekiwań wyposażonej dodatkowo w łazienkę ogólnymi drogami komunikacyjnymi i wydzielonym dźwigiem komunikacji pionowej. Tam oczekują pod okiem personelu medycznego na wezwanie, przechodzą wydzielonym do tego celu korytarzem, wchodzą do odpowiedniej sali porodowej, uczestniczą w ostatniej fazie porodu. Po urodzeniu się dziecka wracają tą samą drogą lecz w przeciwnym kierunku.

4.8.3. Obieg narzędzi, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych.

Zestawy narzędzi i materiałów sterylnych dostarczane są z centralnej sterylizatorni w hermetycznych opakowaniach transportowych i przechowywane przez krótki okres czasu w magazynie materiałów sterylnych.

Wydawanie potrzebnej ilości zestawów narzędzi, materiałów bielizny, następuje w okresie przygotowawczym do zabiegu.

W sali operacyjnej, podczas trwania zabiegu, materiał opatrunkowy i narzędzia znajdują się pod stałą kontrolą pielęgniarki instrumentariuszki. Po zabiegu, użyte narzędzia są przeliczane, zamykane w hermetycznych opakowaniach transportowych i przekazywane do pomieszczenia wstępnego mycia i segregowania przy centralnej sterylizatorni.

Użyta bielizna i odzież w szczelnych pojemnikach przekazywana jest do pralni szpitalnej.

Materiał opatrunkowy (przeliczony) i inny sprzęt jednorazowego użytku zapakowany do szczelnych opakowań i przekazany do spalarni.

5. Komunikacja.

Modernizowany oddział położniczo – ginekologiczny i zespół porodowy aseptyczny mają bezpośrednie połączenie komunikacją poziomą i pionową ze wszystkimi działami szpitala.

6. Zatrudnienie.

Wskaźnikowe zatrudnienie.

Nazwa działu	Personel wyższy lekarze	Personel średni	Personnel niższy	Personel administr.	Personnel obsługa	Personel Razem
Oddział położniczo – ginekologiczny	8	18	4	2	2	34

7. Posiłki.

7.1. Posiłki pacjentów .

Wszystkie posiłki będą przygotowywane i rozdzielane w kuchni centralnej. Transportowane za pomocą szczelnych wózków bemarowych do kuchenki oddziałowej, tam dzielone, rozwożone do sal chorych i rozdzielane pacjentkom .

Brudne naczynia i sztućce wraz z pozostałościami posiłków wrócą do kuchenki

oddziałowej i na wydzielonym ciągu zostaną poddane procesowi mycia.
Odpadki są usuwane w pojemnikach szczelnych do magazynu odpadków.

7.2. Posiłki personelu.

Personel szpitala może korzystać z posiłków przygotowanych przez kuchnię centralną, (będzie miał do dyspozycji kilka zestawów posiłków) wydawanych przez ekspedycję zlokalizowaną przy kuchni głównej połączonej z jadalnią personelu.

7.3. Posiłki noworodków.

Przygotowane w kuchni mlecznej w wysterylizowanych naczyniach (butelkach ze smoczkami) transportowane ogólnymi drogami do kuchenki oddziałowej. Tam magazynowane w szafach chłodniczych, podgrzewane i wydawane noworodkom.

Brudne butelki wraz z pozostałością mieszanek wracają do zmywalni kuchni mlecznej, myte , poddawane procesowi sterylizacji, powtórnie napełniane, pasteryzowane i wydawane na oddziały.

8. Leków i medykamenty.

Dostawa leków i medykamentów będzie odbywała się głównie z apteki szpitalnej poprzez pokój pielęgniarki oddziałowej, punkt pielęgniarski, kontrolowane przez lekarza trafiają do pacjentów.

9. Transport zwłok.

Zwłoki po normowym pobycie na oddziale powinny być załadowane do specjalnego hermetycznego pojemnika umieszczonego na wózku transportowym i zwiezione ogólnymi drogami komunikacyjnymi na zewnątrz budynku . Tam powinno nastąpić załadowanie pojemnika z wózkiem do zakrytego samochodu i odwiezione do zakładu patomorfologii.

10. Bielizna.

10.1 Bielizna czysta.

Czysta bielizna, pościel odpowiednio zabezpieczona będzie gromadzona i przechowywana w magazynku czystej bielizny lub pokoju pielęgniarki oddziałowej .

Sterylna bielizna personelu zespołu operacyjnego gromadzona jest w ilościach niezbędnych w magazynku materiałów sterylnych .

10.2 Bielizna brudna.

Gromadzenie bielizny powinno odbywać się w brudownikach, magazynkach brudnej bielizny na poszczególnych odcinkach , działach w odpowiednio oznakowanych workach płóciennych nasyconych środkiem dezynfekcyjnym , z jednoczesnym jej segregowaniem pod względem asortymentu , rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Rozmiar i ciężar wypełnionego worka powinien odpowiadać modułowi załadowczemu pralnicy i być łatwo rozpoznawalny. Na okres transportu zabezpieczony szczelnym workiem foliowym jednorazowego użytku **UWAGA!!!** Bielizna chorych na zgorzel podlega spaleni.

11. Mycie i dezynfekcja blatów stołu operacyjnego, łóżek, szafek, inkubatorów itp..

Ww. proces należy przeprowadzać w Centralnej dezynfektorni – stacji przygotowania łóżek, a w przypadku braku działu w szpitalu można tą czynność wykonać ręcznie przy pomocy detergentów z zachowaniem przepisów BHP na oddziale w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

12. Odpadki.

Gromadzone, posegregowane, zapakowane do oddzielnych worków (pojemników) w zależności od stopnia przydatności, na poszczególnych oddziałach, krótko przetrzymywane w pomieszczeniu wstępnego mycia i segregowania, odtransportowane w zależności od przeznaczenia np. centralnej sterylizatorni, spalarni itp.

13. Instalacje technologiczne.

Występują instalacje : elektryczna, wod-kan., wody uzdatnianej (wg PN – EN – 285), gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu), wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, p.poz., telefoniczna, komputerowa, intervox- interkom

14. Projekt został oparty na dostępnych na koniec I kwartał 2007 roku informacjach w zakresie produkcji (wyposażenia produkowanego w Polsce), importu (tylko tego, którego nie wykonuje się w kraju) maszyn i urządzeń medycznych. Brak stabilizacji na rynku i ewentualne wydłużenie inwestycji w czasie, może ograniczyć dostęp do wyposażenia (bariery cenowe, konieczność ogłaszania przetargów, modernizacje, zaprzestanie produkcji) za co autor opracowania nie może brać na siebie pełnej odpowiedzialności.

15.0. Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po otrzymaniu DTR tych urządzeń.

Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

16.0. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń oraz wytyczne budowlano- instalacyjne zawarte są w kartach dołączonych do projektu

<p>UWAGA : Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowiące podstawę do opracowania projektów branżowych, a nie jest podstawą do prowadzenia robót budowlano – instalacyjnych.</p>

Opracował

mgr inż. arch. Jan K. Hahn

17.0. KARTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.

2/01 Hall.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Af2	Kanapa	2	200 x 90 x 100	
2	Bd4	Fotel miękki	6	55 x 50 x 85	
3	Ei2	Stolik okolicznościowy	2	120 x 50 x 50	

2/02 Korytarz

2/03 Pkt pielęgniarstwa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
2	Ca8	Szafka wisząca	1	80 x 30 x 75	
3	F	Aparat telefoniczny	1		
4	I/8	Blat roboczy	1	80 x 60	
5	Ks8	Szafka segmentowa	2	80 x 55 x 83	
6	ZSP	Zespół sygnalizacji przyzywowej	1kpl		
7	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
8	K	Zestaw komputerowy	1		

2/04 Pokój zabiegów pielęgniarstwa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ca6	Szafka wisząca	3	60 x 30 x 75	
2	Ca8	Szafka wisząca	1	80 x 30 x 75	
3	Gb1	Kozetka do badań	1	185 x 50 x 55	
4	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
5	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
6	I/18	Blat roboczy	1	120 x 60/85	
7	Ks6	Szafka segmentowa	2	60 x 55 x 83	
8	Tg1	chłodziarka	1	60 x 60 x 85	
9	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
10	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
11	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

2/05 Pokój pielęgniarki oddziałowej i sekretariat medyczny.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bb12	Krzesełko szpitalne	1	46 x 43 x 85	
2	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	2	55 x 55 x 85	
3	Ca2	Szafa na narzędzia	1	95 x 45 x 180	
4	Ce3	Szafa biblioteczna	2	120 x 35 x 165	
5	Ea6	Biurko komputerowe	2	120 x 60 z 75	
6	F	Aparat telefoniczny	2		
7	I/30	Szafa – regał	3	120 x 50 x 240	
8	K	Zestaw komputerowy	2		
9	Tg1	chłodziarka	1	60 x 60 x 145	

10	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
----	------	---	-----------------------	-------------	--

2/06 Pokój badań .

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bb12	Krzesełko szpitalne	1	46 x 43 x 85	
2	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
3	Ca2	Szafa lekarska	1	120 x 50 x 180	
4	Ca6	Szafka kuchenna wisząca	2	60 x 30 x 70	
5	Ca8	Szafka kuchenna wisząca	1	60 x 30 x 70	
6	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 z 75	
7	F	Aparat telefoniczny	1		
8	Fg1	Fotel ginekologiczny	1	145 x 55 x 65/125	
9	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
10	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	2	123 x 16 x 21	
11	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
12	Ha2	Waga osobowa	1	45 x 45 x 135	
13	K	Zestaw komputerowy	1		
14	Ks6	Szafka segmentowa z blatem	1	60 x 55 x 85	
15	P	Próżnia	1pkt		
16	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
17	T	Tlen	1pkt		
18	Tg1	Chłodziarka	1	60 x 60 x 85	
19	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
20	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - dozownik mydła w płynie - dozownik środka dezynfekcyjnego - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
21	WS4	Wieszak ścienny	1		
22	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
23	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	

2/07 Pokój zabiegowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	BCH302	Lampa bezcieniowa sufitowa	1	Ø 56 x 150/75	
2	Ca6	Szafka kuchenna wisząca	3	60 x 30 x 70	
3	Ca8	Szafka kuchenna wisząca	1	10 x 30 x 70	
4	F	Aparat telefoniczny	1		
5	Fg2	Fotel ginekologiczny zabiegowy	1	145 x 55 x 65/125	
6	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
7	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	2	123 x 16 x 21	
8	Gj4	Statyw do kroplówek	1		
9	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
10	K	Zestaw komputerowy	1		
11	Ks6	Szafka segmentowa z blatem	2	60 x 55 x 85	
12	P	Próżnia	1pkt		
13	SN95	Stolik narzędziowy	1	95 x 55 x 85	
14	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
15	T	Tlen	1pkt		
16	Tg1	Chłodziarka	1	60 x 60 x 85	
17	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
18	Uc1	Umywalka chirurgiczna - bateria bezdotykowa - lustro umywalkowe ściennie	1 1 1	100 x 58,5 x 90	

		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - dozownik mydła w płynie - dozownik środka dezynfekcyjnego - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1		
19	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
20	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	

2/08 Pokój poł./gin. 1 ł. + 1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	2	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzesełko szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłóżkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	2pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	2pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/09 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/10 Śluza.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Gi3	Lampa bakteriobójcza ścienna	2	123 x 16 x 21	
2	SW120	Stelaże na worki	2	42 x 50 x 90	
3	Wś4	Wieszak ścienny	2		
4	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - dozownik mydła w płynie uruchamiany bezdotykowo - dozownik środka dezynfekcyjnego uruchamiany bezdotykowo - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

2/11 Śluza odcinkowa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Gi3	Lampa bakteriobójcza ścienna	2	123 x 16 x 21	
2	SW120	Stelaze na worki	2	42 x 50 x 90	
3	Wś4	Wieszak ścienny	2		
4	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - dozownik mydła w płynie uruchamiany bezdotykowo - dozownik środka dezynfekcyjnego uruchamiany bezdotykowo - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

2/12 Korytarz aseptyczny.**2/13 Łazienka pacjentek.**

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/14 Pokój poł. 1 ł. + 1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	2	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzesełko szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłóżkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	2pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	2pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/15 Pokój poł. 1 ł. + 1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	2	84 x 58 x 115	

4	Bb12	Krzeseł szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłózkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłózkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	2pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	2pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/16 Pokój poł. 1 ł. + 1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	2	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzeseł szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłózkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłózkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	2pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	2pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/17 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/18 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny			

		- umywalka	1	55 x 45 /85	
		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/19 Łazienka oddziałowa

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny		55 x 45 /85	
		- umywalka	1		
		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/20 W.c. personelu.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4	Punkt wodny		55 x 45 /85	
		- umywalka	1		
		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
2	-	Miska ustępowa	1		

2/21 Brudownik.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4	*5	Wieszak na worki	4		
1	GI3	Lampa bakteriobójcza ścienna	1	123 x 16 x 21	
2	N10/6	Stół roboczy	1	100 x 60 x 85	
3	S19B	Zestaw z automatem myjąco – dezynfekującym, zlewem, umywalką do rąk, szafką	1	190 x 60 x 90	
		- wiadro pedałowe na śmieci	1		
		- wieszak na ręczniki	1		
		- pojemnik na mydło	1		
4	WZ91	Wózek brudnej bielizny	1	55 x 95 x 90	

2/22 Pomieszczenie porządkowe.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	U2	Zlew	1	50 x 45/50	Na wys. 50 cm.
2	WS4	Wieszak ścienny	1		
3	WZS	Zestaw do sprzątnia	1		

2/23 Pokój poł. 2 ł. + 2+1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	3	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	3	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzesełko szpitalne	2	46 x 43 x 85	

5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłóżkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	6pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	6pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/24 Pokój poł. 2 ł. + 2+1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	3	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	3	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłóżkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	6pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	6pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/25 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/26 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka	1	55 x 45 /85	

		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/27 Pkt. pielęgniarstwa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
2	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 z 75	
3	F	Aparat telefoniczny	1		
4	K	Zestaw komputerowy	1		
5	ZSP	Zespół sygnalizacji przyzywowej	1kpl		

2/28 Pokój zabiegów pielęgniarstwa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ca6	Szafka wisząca	3	60 x 30 x 75	
2	Ca8	Szafka wisząca	1	80 x 30 x 75	
3	Gb1	Kozetka do badań	1	185 x 50 x 55	
4	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
5	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
6	I/12	Blat roboczy	1	120 x 60/85	
7	Ks6	Szafka segmentowa	2	60 x 55 x 83	
8	Tg1	Chłodziarka	1	60 x 60 x 85	
9	TS1	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
10	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
11	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

2/29 Pokój poł. 1 ł. + 1N.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ae4	Łóżeczko noworodka	2	84 x 58 x 115	
4	Bb12	Krzesełko szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	1	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
7	Ga1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	1	189,5 x 68,5 x 82	
8	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	1	123 x 16 x 21	
9	Ob1	Oprawa nadłóżkowa	1	160 x 15 x 17	
10	P	Próżnia	4pkt		
11	Pp1	Promiennik podczerwieni	1	70 x 38 / 190	
12	RTV	Radio , telewizor	1+1		
13	T	Tlen	4pkt		
14	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
15	VI/4	Punkt wodny - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
16	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/30 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/31 Pokój patologii ciąży 5 – łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	5	206 x 90 x 100	
3	Bb12	Krzesło szpitalne	3	46 x 43 x 85	
4	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	3	53 x 43 x 85	
5	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
6	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	1	320 x 15 x 17	
7	Ob3	Oprawa nadłóżkowa	1	480 x 15 x 17	
8	P	Próżnia	3 pkt		
9	RTV	Radio , telewizor	1+1		
10	T	Tlen	3 pkt		
11	TS1	Taboret na śrubie	5	Ø 35 x 50	
12	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
13	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/32 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/33 Pokój ginekologii aseptycznej 5 – łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	5	206 x 90 x 100	
3	Bb12	Krzesło szpitalne	3	46 x 43 x 85	
4	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	3	53 x 43 x 85	
5	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
6	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	1	320 x 15 x 17	
7	Ob3	Oprawa nadłóżkowa	1	480 x 15 x 17	
8	P	Próżnia	3 pkt		
9	RTV	Radio , telewizor	1+1		
10	T	Tlen	3 pkt		

11	TS1	Taboret na śrubie	5	Ø 35 x 50	
12	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
13	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/34 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/35 Łazienka pacjentek.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wś4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

2/36 Pokój 2 – łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
4	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
5	Eh3	Stolik	1	60 x 60 x 70	
6	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	1	320 x 15 x 17	
7	P	Próżnia	1pkt		
8	RTV	Radio , telewizor	1+1		
9	T	Tlen	1pkt		
10	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
11	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
12	WS4	Wieszak ścienny	1		

2/37 Kuchenka oddziałowa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	2	123 x 16 x 21	

2	Mn4	Zmywarka do naczyń	1	60 x 60 x 85	
3	N12/6	Stół roboczy	4	120 x 60 x 85	
4	N86	Szafa na talerze i sztuce	1	120 x 50 x 195	
5	NO6/6	Stół na odpadki	1	60 x 60 x 85	
6	Tb12	Kuchenka elektryczna	1	60 x 60 x 80	
7	Tg1	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
8	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki - dozownik środka dezynfekcyjnego	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
9	Wś4	Wieszak ścienny	1		
10	Zk120	Zlewozmywak na szafce z młynkiem	1	120 x 60 x 85	

2/38 Pokój lekarzy położników.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	3	55 x 55 x 85	
2	Bd4	Fotel miękki	2	55 x 50 x 85	
3	Cc6	Szafa ubraniowa	4	60 x 60 x 200	
4	Ce3	Szafa biblioteczna – regał	4	120 x 55 x 165	
5	Ea6	Biurko komputerowe	3	120 x 60 z 75	
6	Ei2	Stolik okolicznościowy	1	120 x 50 x 50	
7	Ek2	Stolik pod RTV	1	75 x 55 x 65	
8	F	Aparat telefoniczny	2		
9	K	Zestaw komputerowy	1		
10	RTV	Radio, telewizor	1+1		
11	Wś4	Wieszak ścienny	1		

2/39 W.c. personelu.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
2	-	Miska ustępowa	1		

2/40 Pokój kierownika oddziału.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
2	Bd4	Fotel miękki	4	55 x 50 x 85	
3	Cc6	Szafa ubraniowa	1	60 x 60 x 200	
4	Ce4	Szafa biblioteczna – regał	1	120 x 45 x 200	
5	Ea7	Biurko komputerowe	1	140 x 80 z 75	
6	Ei2	Stolik okolicznościowy	1	120 x 50 x 50	
7	Ei15	Łącznik do biurka	1	150 x 60 x 75	
8	F	Aparat telefoniczny	1		
9	K	Zestaw komputerowy	1		
10	Wś4	Wieszak ścienny	1		
11	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

2/41 Pokój badań USG

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ba2	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
2	Bb12	Krzesło	2	46 x 43 x 85	
3	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
4	Ca2	Szafa lekarska	1	105 x 50 x 180	
5	Ea6	Biurko komputerowe	1	120 x 60 z 75	
6	F	Aparat telefoniczny	1		
7	Gb1	Kozetka do badań	1	185 x 50 x 55	
8	Gh5	Lampa bezcieniowa, jezdna	1	Ø 45 X 235	
9	Gj6	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
10	Ha2	Waga lekarska ze wzrostomierzem	1	45 x 45 135	
11	K	Zestaw komputerowy	1		
12	k	Instalacja komputerowa	1		
13	VI/4s	Punkt wodny - umywalka 1szt - bateria uruchamiana bezdotykowo 1 szt. - lustro umywalkowe ściennie 1 szt - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi 1 szt. - pojemnik na mydło w płynie uruchamiany bezdotykowo 1 szt. - pojemnik na środek dezynfekcyjny uruchamiany bezdotykowo 1 szt. - wiadro pedałowe na odpadki 1 szt.	1	55 x 45 /85	
14	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
15	Ws4	Wieszak ścienny	1		

2/42 Pokój badań KTG

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ba2	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
2	Bb12	Krzesło	2	46 x 43 x 85	
3	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
4	Ca2	Szafa lekarska	1	105 x 50 x 180	
5	Ea6	Biurko komputerowe	1	120 x 60 z 75	
6	F	Aparat telefoniczny	1		
7	Gb1	Kozetka do badań	1	185 x 50 x 55	
8	Gh5	Lampa bezcieniowa, jezdna	1	Ø 45 X 235	
9	Gj6	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
10	Ha2	Waga lekarska ze wzrostomierzem	1	45 x 45 135	
11	K	Zestaw komputerowy	1		
12	k	Instalacja komputerowa	1		
13	VI/4s	Punkt wodny - umywalka 1szt - bateria uruchamiana bezdotykowo 1 szt. - lustro umywalkowe ściennie 1 szt - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi 1 szt. - pojemnik na mydło w płynie uruchamiany bezdotykowo 1 szt. - pojemnik na środek dezynfekcyjny uruchamiany bezdotykowo 1 szt. - wiadro pedałowe na odpadki 1 szt.	1	55 x 45 /85	
14	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
15	Ws4	Wieszak ścienny	1		

2/43 Brudownik.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Gi3	Lampa bakteriobójcza ścienna	1	123 x 16 x 21	
2	S19B	Zestaw z automatem myjąco – dezynfekującym, zlewem, umywalką do rąk, szafką - wiadro pedałowe na śmieci	1	190 x 60 x 90	

		- wieszak na ręczniki - pojemnik na mydło	1 1 1		
3	WZ91	Wózek brudnej bielizny	1	55 x 95 x 90	
4	*5	Wieszak na worki	4		

2/44 Pomieszczenie porządkowe.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	U2	Zlew	1	50 x 45/50	Na wys. 50 cm.
2	WS4	Wieszak ścienny	1		
3	WZS	Zestaw do sprzątania	1		

2/45 W.c. pacjentów

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ścienne - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
2	-	Miska ustępowa	1		

2/46 Korytarz aseptyczny.

2/47 Gabinet badań i zabiegów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	B8	Blat roboczy na szafce ks8	1	80 x 60/85	
2	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
3	BHC 502	Lampa bezcieniowa sufitowa 5 projektowa	1	Ø 56 x 160	
4	Ca2	Szafa lekarska	1	105 x 50 x 180	
5	N ₂ O	Podtlenek azotu	2 pkt		
6	F	Aparat telefoniczny	1		
7	Gd4	Stół zabiegowo - opatrunkowy	1	200 x 55 x 75/115	
8	Gh5	Lampa bezcieniowa, jezdna	1	Ø 45 X 235	
9	Rtg	Gniazdo do rentgena jezdne	1	Rtg	
10	Gj6	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
11	Ks8	Szafka segmentowa	1	80 x 55 x 83	
12	KE	Kolumna elektryczna ścienna	1	8 gniazd	
13	KG	Kolumna gazowa ścienna	1	8 punktów gazów medycznych + odciąg gazów	
14	Ng12	Negatoskop cyfrowy jednomonitorowy 24``	1	120 x 90 x 15	
15	P	Próżnia	2 pkt		
16	SN95	Stolik narzędziowy	1	95 x 55 x 95	
17	Sp	Sprężone powietrze	2pkt		
18	T	Tlen	2 pkt		
19	Tg2	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
20	UC1	Punkt wodny - umywalka chirurgiczna jednostanowiskowa 1 szt - bateria uruchamiana bezdotykowo 1 szt - lustro umywalkowe ścienne 1 szt - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi 1 szt - pojemnik na mydło w płynie uruchamiany bezdotykowo 1 szt - pojemnik na środek dezynfekcyjny uruchamiany bezdotykowo 1 szt - wiadro pedałowe na odpadki 1 szt	1	100 x 52 x 115	
21	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
22	WOM66	Wózek anestetyczny	1	65 x 55 x 90	
23	WZ63	Wózek do materiałów sterylnych	1	60 x 45 x 85	

24	Zk120	Zlewozmywak na szafce	1	120 x 60 x 85	
----	-------	-----------------------	---	---------------	--

2/48 Łazienka – kabina higieniczna

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ws 4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka 1szt - lustro umywalkowe ścienne 1szt - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi 1szt - pojemnik na mydło w płynie 1szt - wiadro pedałowe na odpadki 1szt	1	55 x 45 /85	
3	-	WC-BIDET	1	w.c.- bidet	
4	-	Natrysk podłogowy	1		

2/49 Pokój badań .

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Bb12	Krzesełko szpitalne	1	46 x 43 x 85	
2	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
3	Ca2	Szafa lekarska	1	120 x 50 x 180	
4	Ca6	Szafka kuchenna wisząca	2	60 x 30 x 70	
5	Ca8	Szafka kuchenna wisząca	1	60 x 30 x 70	
6	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 z 75	
7	F	Aparat telefoniczny	1		
8	Fg1	Fotel ginekologiczny	1	145 x 55 x 65/125	
9	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
10	Gi1	Lampa bakteriobójcza sufitowa	2	123 x 16 x 21	
11	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
12	Ha2	Waga osobowa	1	45 x 45 x 135	
13	K	Zestaw komputerowy	1		
14	Ks6	Szafka segmentowa z blatem	1	60 x 55 x 85	
15	P	Próżnia	1pkt		
16	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
17	T	Tlen	1pkt		
18	Tg1	Chłodziarka	1	60 x 60 x 85	
19	TS1	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
20	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ścienne - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - dozownik mydła w płynie - dozownik środka dezynfekcyjnego - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
21	WS4	Wieszak ścienny	1		
22	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
23	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	

18. KARTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO.

2/01 Hall.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi
	Podłoga	Twarda, łatwo zmywalna, (np. terrakota, wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 4 x 100 W szczelne – porządkowe
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym/h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	
	Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/02 Korytarz.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi
	Podłoga	Twarda, łatwo zmywalna,(np. terrakota, wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 4 x 100 W szczelne – porządkowe
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym/h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	

	Instalacja wod. - kan.	
	Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/03 Pkt. pielęgniarski.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 5 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa z 2/15 ÷ 1/13, 2/34 ÷ 2/39
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/04 Pokój zabiegów pielęgniarskich.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1,5 KW 8 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C

Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/05 Pokój pielęgniarki oddziałowej i sekretarki medycznej.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, farba emulsyjna) Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 12 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	2 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/06 Pokój badań.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2,5 KW 14 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości, przyzywowa do 2/38

	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza sufitowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

2/07 Pokój przyg. zab. pielęgn.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, glazura) do pełnej wysokości Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2,5 KW 12 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości, przyzywowa do 2/38
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza sufitowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki chirurgicznej, zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki chirurgicznej, zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

2/08 Pokój poł./gin. 1ł + 1N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki

Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/03 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

2/09 W.c. pacjentek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/03
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do miski ustępowej
	Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/10 Śluza.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na

Ogólne		działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 100 szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/11 Śluza odcinka położnictwa aseptycznego.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 100 szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/12 Korytarz odcinka położnictwa aseptycznego.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi
	Podłoga	Twarda, łatwo zmywalna,(np. terrakota, wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 4 x 100 W szczelne – porządkowe
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym/h – wzmożona
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan. Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/13 Łazienka pacjentek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan. Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku, w.c. Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne

Wymag. Spec.		

2/14 Pokój II + 1N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

2/15 Pokój II + 1N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	

sanit.	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

2/16 Pokój II + 1N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

2/17 Łazienka pacjentek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28

	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/18 Łazienka pacjentek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/19 Łazienka oddziałowa

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne

	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/20 W.c. personelu

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/21 Brudownik.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Twarda, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230/400 V 4,2 KW

		230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza przepływowa
C.o.	Temperatura	16 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką
	Instalacja ciepłej wody	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/22 Pomieszczenie porządkowe.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Twarda, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	16 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewu na wys. 50 cm.
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/23 Pokój 2ł + 2N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego

		materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	6 pkt
	Tlen	6 pkt

2/24 Pokój 2t + 2N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	6 pkt
	Tlen	6 pkt

2/25 Łazienka pacjentek.

	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
--	-----------	-------------------------------

Dane Ogólne	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/26 Łazienka pacjentek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/27 Pkt. pielęgniarski.

--	--	--

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 5 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa z 2/13 ÷ 2/19, 2/23 ÷ 2/26, 2/29÷2/30
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	
	Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/28 Pokój zabiegów pielęgniarskich.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1,5 KW 8 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/29 Pokój II + 2N.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Ogólne	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2 x (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W + 230 V 0,8 KW
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
Instal. elektr.	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/28 RTV
	C.o.	Temperatura 24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	6 wym/h + 10%
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Instalacja ciepłej wody	Do stanowiska pielęgnacji noworodka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

2/30 Łazienka pacjentek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Ogólne	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/28
	Instalacja telefoniczna	
Instal. elektr.	Instalacja specjalna	
	C.o.	Temperatura 24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku

	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/31 Pokój ginekologii aseptycznej 5 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 5 x (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/03 RTV
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		
	Próżnia	5 pkt
	Tlen	5 pkt

2/32 Łazienka pacjentek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/03
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	

sanit.	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/33 Pokój ginekologii aseptycznej 5 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 5 x (3 x 100 W) szczelne w oprawie 3 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/03 RTV
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
sanit.	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		
	Próżnia	5 pkt
	Tlen	5 pkt

2/34 Łazienka pacjentek.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/03
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	

C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/35 Łazienka pacjentek.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa do 2/03
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 °C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/36 Pokój 2 - łóżkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2 x (3 x 100 W) szczelne w oprawie

		3 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 2/03 RTV
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

2/37 Kuchenka oddziałowa.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, farba emulsyjna) do 2,05 m. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230/400 V 13,6 KW + 4,8 KW + 230 V 1,5 KW 7 x 100 W rezerwowane
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal.	Wentylacja grawitacyjna	2,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
sanit.	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/38 Pokój lekarzy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina,) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.

Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina pcv)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 14 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	Przyzywowa z 2/03, 2/06, 2/07, 2/8, 2/14, 2/15, 2/16, 2/23, 2/24, 2/28, 2/29, 2/31, 2/33, 2/36,
	Instalacja telefoniczna	2 aparaty
	Instalacja specjalna	Komputery ,
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	-
	Klimatyzacja	-
	Instalacja gazowa	-
	Instalacja parowa	-
	Instalacja wod. - kan.	-
	Instalacja ciepłej wody	-
		-
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		-
		-
		-
		-

2/39 W.c. personelu

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/40 Pokój ordynatora.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, farba emulsyjna)

Ogólne		Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 12 x 100 W
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox,, Komputer
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/41 Gabinet badań USG

Dane	Malowanie	Np. farbą lateksową, zmywalną, szorowalną , odporną na działanie detergentów
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do pełnej wysokości. Fartuch przy umywalce materiałów zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Twarda , zmywalna, (np. PCV, wykładzina TARKET)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką chirurgiczną i zlewozmywakiem
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 12 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputerowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/42 Gabinet badań KTG

Dane	Malowanie	Np. farbą lateksową, zmywalną, szorowalną , odporną na działanie detergentów
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie

Ogólne		środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do pełnej wysokości. Fartuch przy umywalce materiałów zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Podłoga	Twarda , zmywalna, (np. PCV, wykładzina TARKET)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką chirurgiczną i zlewozmywakiem
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 12 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputerowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/43 Brudownik.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Twarda, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230/400 V 4,2 KW 230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza przepływowa
C.o.	Temperatura	16 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką
	Instalacja ciepłej wody	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/44 Pomieszczenie porządkowe.

	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
--	-----------	-------------------------------

Dane Ogólne	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Twarda, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	16 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewu na wys. 50 cm.
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/45 W.c. pacjentów

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/46 Korytarz.

--	--	--

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi
	Podłoga	Twarda, łatwo zmywalna,(np. terrakota, wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 4 x 100 W szczelne – porządkowe
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
C.o.	Temperatura	20 ⁰ C
	Wentylacja grawitacyjna	2,5 wym/h – wzmożona
Instal. sanit.	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	
	Instalacja ciepłej wody	
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.		

2/47 Gabinet badań i zabiegów.

Dane	Malowanie	Np. farbą lateksową, zmywalną, szorowalną , odporną na działanie detergentów
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do pełnej wysokości. Fartuch przy umywalce materiałów zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Podłoga	Twarda , zmywalna, (np. PCV, wykładzina TARKET) prądoprzewodząca
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką chirurgiczną i zlewozmywakiem
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2,5 KW 230 V 8 x 100 W rezerwowane + 230V 12 x 100W Lampa sufitowa bezcieniowa 5 ogniskowa lub lampa bezcieniowa jezdna
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputerowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym/h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki chirurgicznej baterią bezdotykową i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki chirurgicznej baterią bezdotykową i zlewozmywaka

	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

2/48 Łazienka pacjentek – kabina higieniczna.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. glazura wykładzina) do 205 cm.
	Podłoga	Ciepła, zmywalna, (np. terrakota)
	Cokoliki	powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 1 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 2/47
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	50 m ³ /h
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, wc-bidetu
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, wc-bidetu
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.		

2/49 Pokój badań.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina, lamperia olejna) do 2,05 m Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	
	Instalacja gniazdowa	230 V 2,5 KW 14 x 100 W szczelne
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Lampa bakteriobójcza sufitowa
C.o.	Temperatura	24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2,0 wym./h
	Wentylacja mechaniczna	
	Klimatyzacja	
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	

	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt